

## Spécification technique de l'échographie vétérinaire BLS-820V

### 1-1 Caractéristiques principales

- ◆ Petite taille, poids léger (700 g), portable
- ◆ Corps principal compact avec ceintures de sécurité et de poignet, mains libres
- ◆ Protecteur en caoutchouc autour du scanner contre la saleté et les chocs de l'extérieur
- ◆ Éclabousser d'eau
- ◆ La batterie rechargeable Li-ion peut être retirée facilement.Le temps de charge de la batterie est d'environ 2 heures.
- ◆ À la fois sur batterie et sur secteur.

### 1-2 Spécifications techniques

MAQUETTE		HandScan
Détecter la profondeur (mm)		≥140
Résolution (mm)	Latéral	≤4 (Depth≤80) ≤5 (80<Depth≤130)
	Axial	≤2 (Depth≤80)
Zone aveugle (mm)		≤8
Précision de la position géométrique	Horizontal	≤20
	Vertical	≤10
Taille du moniteur		5.6 inch
Mode d'affichage		B, B+B,B+M, M
Échelle de gris de l'image		256
Profondeur de numérisation (mm)		120 ~ 190, 8 niveaux réglables
La mesure		Distance, circonférence, surface, volume, fréquence cardiaque.GA,EDD
Annotation		Hôpital, nom, âge . Il est autorisé pour l'éditeur en plein écran.
Capacité de la batterie		2200mAh
Consommation électrique de l'ordinateur central		13W sans charge / 25W en charge
Consommation d'énergie de l'adaptateur		45W
Poids de l'ordinateur central (hors sonde)		900g
Sonde convexe C1-7/60R/3,5MHz		Chiens, chats, moutons, chèvres, porcs, etc.
Sonde linéaire HF L1-3/7.5MHz		Petits animaux, fourrures, organes, tels que œufs de poisson, animaux de compagnie
Sonde Mirco Convex C1-8/20R/5.0MHz		Petits animaux de compagnie, comme le hamster
Sonde Retcal LV2-5/6,5MHz		Bovins, vaches, chevaux, ect.



Xuzhou Belse Electronic Technology Co.,Ltd

Add:No.10 Longhua Si Road,Economic-Technological Development Area,Xuzhou City,Jiangsu Province,China

Tel:+86 0516 87794198

Fax:+86 0516 87794168

Mob:+86 18112038040

Mail:BelseUltrasound@hotmail.com



Model:BLS-820V

**Multi-Probe:**



直肠探头

背膘探头

眼肌测量

心脏探头



直肠手柄探头

微凸探头

凸阵探头

高频线阵探头