

## 出厂检测报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20190301

产品名称	电动病床			编号	19-3-16D		数量	50 张		检验标准	YZB/粤 2371-2014			
型号规格	FS3238WGZF4			检验	黎健明	日期	2019年 03月 01日		审批	张义珠		日期	2019年 03月 01日	
序号	标准条款号	项目名称	技术要求					检验结果			单项结论			
1	4.2	外观要求	1) 病床的外形应整齐, 不允许有锋棱毛刺、凹凸不平和疤痕。 2) 金属电镀件外表面应光滑、平整, 不允许有起泡、露底、脱落和明显划痕。 3) 喷涂件外表面色泽应均匀, 整洁, 不允许有脱落、疤痕、开裂、漏挂和明显的修补痕迹。 4) 病床的焊缝应均匀, 不得有裂纹, 漏焊及烧损。 5) 病床表面的文字、标记应清晰、准确、牢固。					符合要求			合格			
2	4.3	尺寸	a) 长: 185cm~215cm 宽: 85cm~105cm 高: 40cm~80cm					长: 212 cm 宽: 98cm 高: 43cm			合格			
			b) 背框最大折起角应不小于 70°					71°			合格			
			c) 腿框最大折起角应不小于 40°					42°			合格			
			d) 当腿框折至 40°, 脚框放在最高档时, 两框夹角应不小于 130°。					132°			合格			
			e) 背框、腿框、脚框应在可调角度范围内任意调节。					符合要求			合格			
3	4.4	结构要求	1) 床身与床架的配合应能互换, 装卸应方便。 2) 床身与床架的配合应固定牢固、可靠, 不允许有松动现象。 3) 病床各活动部件连接后, 各操纵机构操纵应轻松灵活, 不得有卡滞, 紧固件应无松动现象。					符合要求			合格			
4	4.5	操作性能	当病床床面承受 135kg 静载荷后, 操作系统应准确、可靠。能在任一工作位置上停止, 升降至中间任意位置时, 自行下降的量不得超过 10mm/h。					2 mm/h			合格			
			病床的操作控制部件应设计在不会发生无意触动的位罝。					符合要求			合格			
			病床运行时不应有停顿和突跳现象。											
病床应至少有一个紧急停止键。当按下该键时, 所有会造成伤害的动作应立即停止。														
5	4.7	平稳性	装配后的病床应平稳, 床面四角的高低之差应不大于 10mm。					3 mm			合格			
6	4.8	脚轮	脚轮直径应不小于 $\phi 75\text{mm}$ 。					130mm			合格			
			脚轮转动应灵活、可靠, 空载时移动力应不大于 50N。					48N			合格			
			脚轮与床架装配应牢固。					符合要求			合格			
			在病床的任意一对角床脚上应装有锁止装置脚轮, 锁止装置应安全可靠和使用方便。											
7	A.2.34	连续漏电流	外壳: 正常状态 $\leq 0.1\text{mA}$ 单一故障状态 $\leq 0.5\text{mA}$ 患者: 正常状态 $\leq 0.1\text{mA}$ 单一故障状态 $\leq 0.5\text{mA}$					外壳: 正常状态 $\leq 0.1\text{mA}$ 单一故障状态 $\leq 0.5\text{mA}$ 患者: 正常状态 $\leq 0.1\text{mA}$ 单一故障状态 $\leq 0.5\text{mA}$			-----			
8	A.2.36	电介质强度	病床的 A-a <sub>2</sub> 、B-a 部分应能承受 400V、50Hz 试验电压, 历时 1min, 应无击穿或闪络现象。					-----			-----			
检验结论		经检验, 各项技术指标均达到 YZB/粤 2371-2014 《医用电动病床》企业标准中规定的要求。产品检验合格, 准予出厂。												

