

检 验 报 告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20190301

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|----|------------------|----|------|------|------------------|--|
| 产品名称 | 大便器 | 编号 | 19-3-16D | 批量 | 50 个 | 抽样 | 3 个 | 检验标准 | Q/DF 6-2018 | |
| 型号规格 | FS8141 | 检验 | 黎健明 | 日期 | 2019 年 03 月 01 日 | 审批 | 张义珠 | 日期 | 2019 年 03 月 01 日 | |
| 抽样标准: GB/T 2828-2012 接收质量限 (AQL) A 类=0.65 B 类=2.5 C 类=15 正常口 加严口 放宽口 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | | | | | 检验结果 | 单项结论 | | |
| 1 | 外观结构要求 | 卫生用具的外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。 | | | | | 符合 | 合格 | | |
| 2 | 尺寸 | 卫生用具的基本尺寸应符合表 1 的规定, 极限偏差应不大于±5mm。 | | | | | 符合 | 合格 | | |
| 3 | 平稳性 | 卫生用具着地应平稳, 不得有摇摆现象。 | | | | | 符合 | 合格 | | |
| 4 | 强度 | 卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受 1000N 静载荷, 大便盘应能承受 500N 压力, 小便壶提手应能承受 100N 拉力, 不允许产生永久性变形。 | | | | | 符合 | 合格 | | |
| 5 | 防漏性能 | 大便盘、小便壶应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。 | | | | | 符合 | 符合 | | |
| 6 | 颜色迁移 | 塑料件应无颜色迁移现象。 | | | | | 符合 | 合格 | | |
| 检验结论 | 经检验, 各项技术指标均达到 Q/DF6-2009《卫生用具》企业标准规定的要求。产品检验合格, 准予出厂。 | | | | | | | | | |



质管部: 黄小玲 日期: 2019 年 03 月 01 日