


检 验 报 告

佛 山 市 东 方 医 疗 设 备 厂 有 限 公 司

NO: 20191115

产品名称	卫生用具	编号	20191115	批量	800 个	抽样	32 个	检验标准	Q/DF 6-2018	
型号规格	FS661B	检验	陈雪莲	日期	2019 年 11 月 15 日	审批	张义珠	日期	2019 年 11 月 15 日	
抽样标准: GB/T 2828-2012 接收质量限 (AQL) A 类=0.65 B 类=2.5 C 类=15 正常□ 加严□ 放宽□										
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论		
1	外观结构要求	卫生用具的外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。					符合要求	合格		
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表 1 的规定, 极限偏差应不大于±5mm。					符合要求	合格		
3	平稳性	卫生用具着地应平稳, 不得有摇摆现象。					符合要求	合格		
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受 1000N 静载荷, 大便盘应能承受 500N 压力, 小便壶提手应能承受 100N 拉力, 不允许产生永久性变形。					符合要求	合格		
5	防漏性能	大便盘、小便壶应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。					符合要求	符合		
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。					符合要求	合格		
检验结论	经检验, 各项技术指标均达到 Q/DF 6-2018《卫生用具》企业标准规定的要求。产品检验合格, 准予出厂。 <div style="text-align: right;">  质管部: 黄小玲 日期: 2019 年 11 月 15 日 </div>									