检 验 报 告

佛 山 市 东 方 医 疗 设 备 厂 有 限 公 司

NO：20200301

产品名称	卫生用具	编号	20200301	批量	100 个	抽样	5 个	检验标准	Q/DF 6-2018
型号规格	FS662B	检验	陈雪莲	日期	2020-03-01	审批	张义珠	日　期	2020-03-01

抽样标准：GB/T 2828-2012 接收质量限（AQL）A 类=0.65 B 类=2.5 C 类=15　正常□　加严□　放宽□

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观结构要求	卫生用具的外形应端正，表面光滑，不得有锋棱毛刺，擦伤，扭曲和歪斜等缺陷。	符合要求	合格
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表 1 的规定，极限偏差应不大于±5mm。	符合要求	合格
3	平稳性	卫生用具着地应平稳，不得有摇摆现象。	符合要求	合格
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受 1000N 静载荷，大便盘应能承受 500N 压力，小便壶提手应能承受 100N 拉力，不允许产生永久性变形。	符合要求	合格
5	防漏性能	大便盘、小便壶应有良好的防漏性能，不允许有漏水现象。	符合要求	符合
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。	符合要求	合格
检验结论	经检验，各项技术指标均达到 Q/DF6-2018《卫生用具》企业标准规定的要求。产品检验合格，准予出厂。			

质管部：曾桂娟　　日期：2020-03-01