

康复辅具检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20210110

产品名称	康复辅具	编号	20210110	批量	1张	抽样	1张	检验标准	Q/DF 6-2018
型号规格	FS531	检验	曾桃送	日期	2021年01月10日	审批	张义珠	日期	2021年01月10日

抽样标准: GB/T 2828-2012 接收质量限 (AQL) A类=0.65 B类=2.5 C类=15 正常□ 加严□ 放宽□

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观要求	外表面应平整光滑, 不允许有裂纹、疤痕、锋棱、毛刺、尖角等缺陷。	符合要求	合格
2	尺寸	基本尺寸应符合规定。	符合要求	合格
3	强度要求	1) 康复辅具应具有足够的强度, 使用时应牢固、可靠, 安装与拆卸应方便。 2) 康复辅具固定与调节杆经锁紧后, 不得有相对滑动。 3) 静载强度: 应无裂缝、断裂和明显的永久变形等损坏 4) 冲击强度: 不允许产生裂纹、断裂或永久变形	符合要求	合格

检验结论

经检验, 各项技术指标均达到企业标准规定的要求。产品检验合格, 准予出厂。

质管部: 曾桂娟

日期: 2021年01月10日

