

# 检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20210420

产品名称	一次性使用采样器	编号	21-3-11E	批量	100个	抽样	5个	检验标准	产品技术要求
型号规格	FS665B (男式尿壶)	检验	曾桂娟	日期	2021-04-20	审批	张义珠	日期	2021-04-20
抽样标准: GB/T 2828-2012		接收质量限 (AQL) A类=0.65 B类=2.5 C类=15			正常☑ 加严□ 放宽□				
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论	
1	外观结构要求	卫生用具的外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。					符合要求	合格	
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表1的规定, 极限偏差应不大于±5mm。					符合要求	合格	
		长(H)	203mm	宽(W)	80mm	高(H)			
3	平稳性	卫生用具着地应平稳, 不得有摇摆现象。					符合要求	合格	
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受1000N静载荷, 大便盘应能承受500N压力, 小便壶提手应能承受100N拉力, 不允许产生永久性变形。					符合要求	合格	
5	防漏性能	小便壶应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。					符合要求	符合	
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。					符合要求	合格	
检验结论	经检验, 各项技术指标均达到一次性使用采样器标准规定的要求。产品检验合格。					质管部: 曾桂娟		日期: 2021-04-20	

