

检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20210226

产品名称	卫生用具	编号	21-3-11E	批量	200个	抽样	13个	检验标准	Q/DF 6-2018
型号规格	FS661B	检验	曾桃送	日期	2021-02-26	审批	张义珠	日期	2021-02-26

抽样标准: GB/T 2828-2012 接收质量限 (AQL) A类=0.65 B类=2.5 C类=15 正常口 加严口 放宽口

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观结构要求	卫生用具的外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。	符合要求	合格
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表1的规定, 极限偏差应不大于±5mm。	符合要求	合格
3	平稳性	卫生用具着地应平稳, 不得有摇摆现象。	符合要求	合格
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受1000N静载荷, 大便盘应能承受500N压力, 小便壶提手应能承受100N拉力, 不允许产生永久性变形。	符合要求	合格
5	防漏性能	大便盘、小便壶应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。	符合要求	符合
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。	符合要求	合格

检验结论

经检验, 各项技术指标均达到 Q/DF6-2018 《卫生用具》企业标准规定的要求。产品检验合格, 准予出厂。

质管部: 曾桂娟

日期: 2021-02-26

