

# 产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20211010

产品名称	医用手动病床	编号	21-9-11E	数量	3张	抽样	3张	产品技术要求	粤禅械备 20160002 号
型号	FS3026W	功能代号	G	检验	曾茵	审批	张义珠	日期	2021年10月10日
抽样标准: 抽样检验规定		合格质量水平 AQL: 4.0		<input checked="" type="checkbox"/> 正常		<input type="checkbox"/> 加严		<input type="checkbox"/> 放宽	
序号	项目名称	技术要求				检验结果		单项结论	
1	外观要求	1) 病床的外形应整齐, 不允许有锋棱毛刺、凹凸不平和疤痕。 2) 金属电镀件外表面应光滑、平整, 不允许有起泡、露底、脱落和明显划痕。 3) 喷涂件外表面色泽应均匀, 整洁, 不允许有脱落、疤痕、开裂、漏挂和明显的修补痕迹。 4) 病床的焊缝应均匀, 不得有裂纹, 漏焊及烧损。 5) 病床表面的文字、标记应清晰、准确、牢固。				符合要求		合格	
2	尺寸角度	1) 长: 185cm~215cm 宽: 85cm~105cm 高: 40cm~80cm				长: 205 cm 宽: 100 cm 高: 40cm		合格	
		2) 背框最大折起角应不小于 70°				75°		合格	
		3) 腿框最大折起角应不小于 40°				40°		合格	
		4) 当腿框折至 40°, 脚框放在最高档时, 两框夹角应不小于 130°。				130°		合格	
		5) 背框、腿框、脚框应在可调角度范围内任意调节。				符合要求		合格	
3	结构要求	1) 床身与床架的配合应能互换, 装卸应方便。 2) 床身与床架的配合应固定牢固、可靠, 不允许有松动现象。 3) 病床各活动部件连接后, 各操纵机构操纵应轻松灵活, 不得有卡滞, 紧固件应无松动现象。				符合要求		合格	
4	操作性能	1) 手柄操纵按顺时针方向旋转背框、腿框、脚框应折起, 反之下降。				2 mm/h		合格	
		2) 手柄在不使用时应能折入床内不得露出床架外面。				符合要求		合格	
		3) 空载时, 手柄起动力应不大于 50N。							
5	刚性	1) 床面应具有足够的强度, 当病床床面承受 135kg 静载荷后, 不得产生永久性变形。							
6	平稳性	1) 装配后的病床应平稳, 床面四角的高低之差应不大于 10mm。				3 mm		合格	
7	脚轮	1) 脚轮直径应不小于 $\Phi 75\text{mm}$ 。				100mm		合格	
		2) 脚轮与床架装配应牢固, 转动应灵活、可靠, 空载时移动力应不大于 50N。				48N		合格	
		3) 在病床的任意一对角床脚上应装有锁止装置脚轮, 锁止装置应安全可靠和使用方便。				符合要求		合格	
检验结论		经检验, 各项技术指标均达到粤禅械备 2016002 号《手动病床》标准中规定的要求, 产品检验合格。							

