

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20250514

产品名称		医用手动病床	编 号	25-4-42A	数 量	1 张	抽 样	1 张	产品技术要求	粤禅械备 20160002 号
型号		FS3031W	功能代号	GF53	检 验	曾桂娟	审 批	张义珠	日 期	2025 年 05 月 14 日
抽样标准：抽样检验规定合格质量水平 AQL：4.0 ☒ 正常 ☐ 加严 ☐ 放宽										
序号	项目 名称	技 术 要 求						检验结果		单项结论
1	外观 要求	1) 病床的外形应整齐，不允许有锋棱毛刺、凹凸不平和疤痕。 2) 金属电镀件外表面应光滑、平整，不允许有起泡、露底、脱落和明显划痕。 3) 喷涂件外表面色泽应均匀，整洁，不允许有脱落、疤痕、开裂、漏挂和明显的修补痕迹。 4) 病床的焊缝应均匀，不得有裂纹，漏焊及烧损。 5) 病床表面的文字、标记应清晰、准确、牢固。						符合要求		合格
2	尺寸 角度	1) 长：185cm~215cm 宽：85cm~105cm 高：40cm~80cm						长：205 cm 宽：100 cm 高：40cm		合格
		2) 背框最大折起角应不小于 70°						75°		合格
		3) 腿框最大折起角应不小于 40°						42°		合格
		4) 当腿框折至 40° ,脚框放在最高档时，两框夹角应不小于 130° 。						130°		合格
		5) 背框、腿框、脚框应在可调角度范围内任意调节。						符合要求		合格
3	结构 要求	1) 床身与床架的配合应能互换，装卸应方便。 2) 床身与床架的配合应固定牢固、可靠，不允许有松动现象。 3) 病床各活动部件连接后，各操纵机构操纵应轻松灵活，不得有卡滞，紧固件应无松动现象。						符合要求		合格
4	操作 性能	1) 手柄操纵按顺时针方向旋转背框、腿框、脚框应折起，反之下降。						2 mm/h		合格
		2) 手柄在不使用时应能折入床内不得露出床架外面。						符合要求		合格
		3) 空载时，手柄起动力应不大于 50N。								
5	刚性	1) 床面应具有足够的强度，当病床床面承受 135kg 静载荷后，不得产生永久性变形。						符合要求		合格
6	平稳性	1) 装配后的病床应平稳，床面四角的高低之差应不大于 10mm。						2 mm		合格
7	脚轮	1) 脚轮直径应不小于 $\phi 75\text{mm}$ 。						100mm		合格
		2) 脚轮与床架装配应牢固，转动应灵活、可靠，空载时移动力应不大于 50N。						48N		合格
		3) 在病床的任意一对角床脚上应装有锁止装置脚轮，锁止装置应安全可靠和使用方便。						符合要求		合格
检验结论		经检验,各项技术指标均达到粤禅械备 2016002 号《手动病床》标准中规定的要求，产品检验合格。								

