

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20210825

产品名称	康复辅具	生产批号	21-8-22G	数量	10张	抽样	3张	产品技术要求	Q/DF 6-2018
型号规格	FS564	功能代号	/	检验	曾桂娟	审批	张义珠	日期	2021年08月25日
抽样标准: 抽样检验规定 合格质量水平 AQL: 4.0 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽									
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论	
1	外观要求	1) 外表面应平整光滑, 不允许有裂纹、疤痕、锋棱、毛刺、尖角等缺陷。 2) 各转动部位应转动均匀、灵活、间隙适当, 不得有卡滞或松弛现象。					符合要求	合格	
2	尺寸	康复辅具的基本尺寸应符合技术要求的规定, 极限偏差应不大于 $\pm 5\text{cm}$ 。					符合要求	合格	
3	强度要求	1) 康复辅具应具有足够的强度, 使用时应牢固、可靠, 安装与拆卸应方便。 2) 康复辅具固定与调节杆经锁紧后, 不得有相对滑动。 3) 静载强度: 应无裂缝、断裂和明显的永久变形等损坏 4) 冲击强度: 不允许产生裂纹、断裂或永久变形					符合要求	合格	
检验结论	经检验, 各项技术指标均达到企业标准规定的要求。产品检验合格, 准予出厂。								

