

出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO : 20201222

产品名称	手动轮椅车	编 号	20-12-40D	批 量	850 台	抽 样	32 台	检验标准	粤械注准 20172560499
型号规格	FS609GCUJ-46	检 验	梁铭贤	日 期	2020 年 12 月 22 日	审 批	张义珠	日 期	2020 年 12 月 22 日

抽样标准：GB/T 2828-2012 接收质量限（AQL）A类=0.65 B类=2.5 C类=15 正常□ 加严□ 放宽□

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观结构要求	1) 外表面应平整光滑，不允许有锋棱、毛刺、尖角等缺陷，各管孔端部均应加有封头。 2) 焊缝应均匀，不得有气孔、裂纹、漏焊、烧穿等缺陷。 3) 零、部件的装配应准确、可靠，不允许错装、漏装，紧固件的装配应牢固，不得有松动现象。 4) 各转动部位应转动均匀、灵活、间隙适当，不得有卡滞或松弛现象。各可调部位应留有适当的调整余地。可装拆部位应易于拆装。	符合要求	合格
2	尺寸	手动轮椅车的基本尺寸应符合表 1 的规定，极限偏差应不大于 $\pm 5\text{cm}$ 。	符合要求	合格
3	折叠性能	折合和展开应灵活，不得有过松或过紧现象。展开后两大轮应相互平行，并与地面垂直，不得有明显歪斜现象。	符合要求	合格
4	平稳性	手动轮椅车四轮最低点应在同一平面上，允许有一轮悬起，悬起高度应不大于 5mm 。	符合要求	合格
5	座垫 背垫	1) 座垫和背垫就有足够的强度，并富于弹性，当轮椅展开后，座垫应成水平状态或后倾 $0^\circ \sim 8^\circ$ ，不得有前倾现象。 2) 座垫应能承受 180kg 静载荷，历时 10min ，座垫不允许破损，扶手架距离偏移量应不大于 20mm ，座垫挠曲度不大于 100mm ，除去负载后，扶手架永久变形量应不大于 3mm 。 3) 背垫应能承受 90kg 的静负荷，历时 10min ，背垫挠曲度应不大于 100mm 。	符合要求	合格
6	车架	手动轮椅车在外加 294N 的水平拉力时，两侧车架相对偏移量应不大于 50mm ，除去外力后，永久变形量应不大于 10mm 。	符合要求	合格
7	后轮 前轮	1) 后轮、前轮转动应灵活，不得有杂声和卡滞现象。后轮轮圈的径向和端面圆跳动量不大于 4mm ，手轮的径向圆跳动量不大于 10mm ，端面圆跳动量不大于 5mm 。 2) 将 30kg 静载荷垂直加于前轮上，历时 3min ，轮胎与轮毂配合应牢固，无变形。	符合要求	合格
8	脚踏板	1) 脚踏板应是防滑的粗糙面，脚踏板放下后应成水平状态或上翘 $0^\circ \sim 5^\circ$ ，不应有下垂现象。脚踏板翻起应灵活，翻起后不得自行落下。 2) 脚踏板锁紧应牢固可靠，单只脚踏板承受 20kg 负载后不得有下滑现象。	符合要求	合格
9	起动力	手动轮椅车在承受额定载重量时的起动力应不大于 25N 。	符合要求	合格
10	制动性能	手动轮椅车应有稳定可靠的制动或锁止装置，制动后两大轮不得转动。	符合要求	合格
11	附件	1) 手动轮椅车可配套输液架、餐桌、便桶等附件。 2) 附件应具有足够的强度，使用时应牢固、可靠，安装与拆卸应方便，安装后不得影响轮椅的其他性能。 3) 输液架挂钩高度调节范围为 $105\text{cm} \sim 170\text{cm}$ ，固定杆与调节杆经锁紧后，不得有相对滑动。	符合要求	合格
检验结论			质管部	质管部：张敏丹 日期：2020年12月22日