

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20230605

产品名称	大便盘	生产批号	23-3-101	数量	50000 个	抽样	500 个	产品技术要求	Q/DF 6-2023
型号	FS661B	功能代号	/	检验	曾桂娟	审批	张义珠	日期	2023-06-05
抽样标准: 抽样检验规定 合格质量水平 (AQL: 4.0) <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽									
序号	项目名称	技术要求						检验结果	单项结论
1	外观结构要求	卫生用具的外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。						符合要求	合格
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表 1 的规定, 极限偏差应不大于±5mm。						符合要求	合格
		长(H)	360mm	宽(W)	300mm	高(H)	105mm		
3	平稳性	卫生用具着地应平稳, 不得有摇摆现象。						符合要求	合格
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受 1000N 静载荷, 大便盘应能承受 500N 压力, 小便壶提手应能承受 100N 拉力, 不允许产生永久性变形。						符合要求	合格
5	防漏性能	大便盘应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。						符合要求	符合
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。						符合要求	合格
检验结论		经检验各项技术指标均达到 Q/DF6-2023 《卫生用具》企业标准规定的要求, 产品检验合格。							

