

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20241112

产品名称	卫生用具-便盘(壶)	生产批号	24-7-101A	数量	8000个	抽样	200个	产品技术要求	Q/DF 6-2023
型号	FS662B	功能代号	/	检验	曾桂娟	审批	张义珠	日期	2024-11-12
抽样标准: 抽样检验规定 合格质量水平(AQL: 4.0) <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽									
序号	项目名称	技术要求						检验结果	单项结论
1	外观要求	外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。						符合要求	合格
2	尺寸	尺寸应符合表1的规定, 极限偏差应不大于±5mm。							
		长(H)	260mm	宽(W)	125mm	高(H)	130mm	符合要求	合格
3	平稳性	着地应平稳, 不得有摇摆现象。						符合要求	合格
4	强度	应具有足够的强度。大便盘应能承受500N压力, 小便壶提手应能承受100N拉力, 不允许破碎或产生永久性变形。						符合要求	合格
5	防漏性能	应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。						符合要求	符合
检验结论		经检验, 各项技术指标均达到Q/DF 6-2023《卫生用具》企业标准规定的要求, 产品检验合格。							

