

检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20201115

产品名称	一次性使用采样器	编号	20-11-10E	批量	1000个	抽样	40个	检验标准	产品技术要求
型号规格	FS663B(女式尿壶)	检验	曾桂娟	日期	2020-11-15	审批	张义珠	日期	2020-11-15
抽样标准: GB/T 2828-2012		接收质量限(AQL) A类=0.65 B类=2.5 C类=15			正常 <input checked="" type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽 <input type="checkbox"/>				
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论	
1	外观结构要求	卫生用具的外形应端正,表面光滑,不得有锋棱毛刺,擦伤,扭曲和歪斜等缺陷。					符合要求	合格	
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表1的规定,极限偏差应不大于±5mm。					符合要求	合格	
		长(H)	245mm	宽(W)	105mm	高(H)			
3	平稳性	卫生用具着地应平稳,不得有摇摆现象。					符合要求	合格	
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受1000N静载荷,大便盘应能承受500N压力,小便壶提手应能承受100N拉力,不允许产生永久性变形。					符合要求	合格	
5	防漏性能	小便壶应有良好的防漏性能,不允许有漏水现象。					符合要求	符合	
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。					符合要求	合格	
检验结论	经检验,各项技术指标均达到一次性使用采样器标准规定的要求。产品检验合格。					质管部: 曾桂娟		日期: 2020-11-15	