

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20210315

产品名称	一次性使用采样器	生产批号	20-12-35D	数量	8100 个	抽样	200 个	产品技术要求	粤禅械备 20200277 号
型号	FS663B（女式尿壶）	功能代号	/	检验	曾桂娟	审批	张义珠	日 期	2021-03-15
抽样标准：抽样检验规定 合格质量水平（AQL：4.0） ☒ 正常 ☐ 加严 ☐ 放宽									
序号	项目名称	技术要求						检验结果	单项结论
1	外观 结构要求	卫生用具的外形应端正，表面光滑，不得有锋棱毛刺，擦伤，扭曲和歪斜等缺陷。						符合要求	合格
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表 1 的规定，极限偏差应不大于±5mm。						符合要求	合格
		长（H）	245mm	宽(W)	105mm	高(H)	166mm		
3	平稳性	卫生用具着地应平稳，不得有摇摆现象。						符合要求	合格
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受 1000N 静载荷，大便盘应能承受 500N 压力，小便壶提手应能承受 100N 拉力，不允许产生永久性变形。						符合要求	合格
5	防漏性能	小便壶应有良好的防漏性能，不允许有漏水现象。						符合要求	符合
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。						符合要求	合格
检验结论		经检验各项技术指标均达到粤禅械备 20200277 号中《一次性使用采样器》标准中规定要求,产品检验合格。							

