

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20231115

产品名称	卫生用具-便盘（壶）	生产批号	23-10-101	数量	10000 个	抽样	200 个	产品技术要求	Q/DF 6-2023
型号	FS663B	功能代号	/	检验	曾桂娟	审批	张义珠	日期	2023-11-15
抽样标准：抽样检验规定 合格质量水平（AQL: 4.0） <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽									
序号	项目名称	技术要求						检验结果	单项结论
1	外观要求	外形应端正，表面光滑，不得有锋棱毛刺，擦伤，扭曲和歪斜等缺陷。						符合要求	合格
2	尺寸	尺寸应符合表 1 的规定，极限偏差应不大于±5mm。						符合要求	合格
		长(H)	245mm	宽(W)	125mm	高(H)	165mm		
3	平稳性	着地应平稳，不得有摇摆现象。						符合要求	合格
4	强度	应具有足够的强度。大便盘应能承受 500N 压力，小便壶提手应能承受 100N 拉力，不允许破碎或产生永久性变形。						符合要求	合格
5	防漏性能	应有良好的防漏性能，不允许有漏水现象。						符合要求	合格
检验结论		经检验，各项技术指标均达到 Q/DF 6-2023《卫生用具》企业标准规定的要求,产品检验合格。							

