

检 验 报 告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20201115

产品名称	一次性使用采样器	编号	20-11-10E	批量	1000个	抽样	40个	检验标准	产品技术要求	
型号规格	FS664B (自理式尿壶)	检验	曾桂娟	日期	2020-11-15	审批	张义珠	日期	2020-11-15	
抽样标准: GB/T 2828-2012 接收质量限 (AQL) A类=0.65 B类=2.5 C类=15 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽 <input type="checkbox"/>										
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论		
1	外观结构要求	卫生用具的外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。					符合要求	合格		
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表1的规定, 极限偏差应不大于±5mm。					符合要求	合格		
		长(H)	225mm	宽(W)	102mm	高(H)				
3	平稳性	卫生用具着地应平稳, 不得有摇摆现象。					符合要求	合格		
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受1000N静载荷, 大便盘应能承受500N压力, 小便壶提手应能承受100N拉力, 不允许产生永久性变形。					符合要求	合格		
5	防漏性能	小便壶应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。					符合要求	符合		
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。					符合要求	合格		
检验结论	经检验, 各项技术指标均达到一次性使用采样器标准规定的要求。产品检验合格。 <div style="float: right; text-align: right; margin-top: 10px;">  质管部: 曾桂娟 日期: 2020-11-15 </div>									