

# 产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20240620

| 产品名称  | 卫生用具-便盘（壶） | 生产批号  | 24-4-101A | 数量   | 1000 个 | 抽样   | 80 个  | 产品技术要求 | Q/DF 6-2023 |
|---|------------|---|-----------|------|--------|------|-------|--------|-------------|
| 型号  | FS664B     | 功能代号  | /         | 检验   | 曾桂娟    | 审批   | 张义珠   | 日期     | 2024-06-20  |
| 抽样标准：抽样检验规定 合格质量水平（AQL: 4.0） <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽 |            |   |           |      |        |      |       |        |             |
| 序号  | 项目名称       | 技术要求  |           |      |        |      |       | 检验结果   | 单项结论        |
| 1   | 外观要求       | 外形应端正，表面光滑，不得有锋棱毛刺，擦伤，扭曲和歪斜等缺陷。                           |           |      |        |      |       | 符合要求   | 合格          |
| 2   | 尺寸         | 尺寸应符合表 1 的规定，极限偏差应不大于±5mm。                                |           |      |        |      |       | 符合要求   | 合格          |
|   |            | 长(H)  | 245mm     | 宽(W) | 125mm  | 高(H) | 150mm |        |             |
| 3   | 平稳性        | 着地应平稳，不得有摇摆现象。  |           |      |        |      |       | 符合要求   | 合格          |
| 4   | 强度         | 应具有足够的强度。大便盘应能承受 500N 压力，小便壶提手应能承受 100N 拉力，不允许破碎或产生永久性变形。 |           |      |        |      |       | 符合要求   | 合格          |
| 5   | 防漏性能       | 应有良好的防漏性能，不允许有漏水现象。                                       |           |      |        |      |       | 符合要求   | 符合          |
| 检验结论  |            | 经检验，各项技术指标均达到 Q/DF 6-2023《卫生用具》企业标准规定的要求,产品检验合格。          |           |      |        |      |       |        |             |