

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20220815

| 产品名称 | 一次性使用采样器 | 生产批号 | 22-7-101 | 数量 | 1000个 | 抽样 | 80个 | 产品技术要求 | 粤禅械备 20200277号 |
|--|---------------|--|----------|------|-------|------|-------|--------|----------------|
| 型号 | FS665B (男式尿壶) | 功能代号 | ---- | 检验 | 梁其全 | 审批 | 张义珠 | 日期 | 2022-08-15 |
| 抽样标准: 抽样检验规定 合格质量水平 (AQL: 4.0) <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | | | | | | 检验结果 | 单项结论 |
| 1 | 外观结构要求 | 卫生用具的外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。 | | | | | | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 尺寸 | 卫生用具的基本尺寸应符合表 1 的规定, 极限偏差应不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。 | | | | | | 符合要求 | 合格 |
| | | 长(H) | 203mm | 宽(W) | 80mm | 高(H) | 128mm | | |
| 3 | 平稳性 | 卫生用具着地应平稳, 不得有摇摆现象。 | | | | | | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 强度 | 卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受 1000N 静载荷, 大便盘应能承受 500N 压力, 小便壶提手应能承受 100N 拉力, 不允许产生永久性变形。 | | | | | | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 防漏性能 | 小便壶应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。 | | | | | | 符合要求 | 符合 |
| 6 | 颜色迁移 | 塑料件应无颜色迁移现象。 | | | | | | 符合要求 | 合格 |
| 检验结论 | | 经检验各项技术指标均达到粤禅械备 20200277 号《一次性使用采样器》标准中规定要求, 产品检验合格。 | | | | | | | |

