

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20240508

产品名称	沐浴椅	生产批号	24-4-69B	数量	1200 个	抽样	80 个	产品技术要求	Q/DF 6-2023
型号规格	FS7985L	功能代号	/	检验	曾桂娟	审批	张义珠	日期	2024 年 05 月 08 日
抽样标准: GB/T 2828-2012 接收质量限 (AQL) A 类=0.65 B 类=2.5 C 类=15 正常口 加严口 放宽口									
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论	
1	外观结构要求	卫生用具的外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。					符合	合格	
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表 1 的规定, 极限偏差应不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。					符合	合格	
3	平稳性	卫生用具着地应平稳, 不得有摇摆现象。					符合	合格	
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受 1000N 静载荷, 大便盘应能承受 500N 压力, 小便壶提手应能承受 100N 拉力, 不允许产生永久性变形。					符合	合格	
5	防漏性能	大便盘、小便壶应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。					/	/	
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。					符合	合格	
检验结论	经检验, 各项技术指标均达到 Q/DF6-2023 《卫生用具》企业标准规定的要求。产品检验合格, 准予出厂。								

