

# 产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20250319

|                                                                   |                                                      |                                                                             |          |    |      |    |     |        |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|----|-----|--------|------------------|
| 产品名称                                                              | 沐浴椅                                                  | 生产批号                                                                        | 25-3-201 | 数量 | 20 个 | 抽样 | 5 个 | 产品技术要求 | Q/DF 6-2023      |
| 型号规格                                                              | FS7985L                                              | 功能代号                                                                        | /        | 检验 | 曾桂娟  | 审批 | 张义珠 | 日 期    | 2025 年 03 月 19 日 |
| 抽样标准：GB/T 2828-2012 接收质量限（AQL）A 类=0.65 B 类=2.5 C 类=15 正常□ 加严□ 放宽□ |                                                      |                                                                             |          |    |      |    |     |        |                  |
| 序号                                                                | 项目名称                                                 | 技术要求                                                                        |          |    |      |    |     | 检验结果   | 单项结论             |
| 1                                                                 | 外观结构要求                                               | 卫生用具的外形应端正，表面光滑，不得有锋棱毛刺，擦伤，扭曲和歪斜等缺陷。                                        |          |    |      |    |     | 符合     | 合格               |
| 2                                                                 | 尺寸                                                   | 卫生用具的基本尺寸应符合表 1 的规定，极限偏差应不大于±5mm。                                           |          |    |      |    |     | 符合     | 合格               |
| 3                                                                 | 平稳性                                                  | 卫生用具着地应平稳，不得有摇摆现象。                                                          |          |    |      |    |     | 符合     | 合格               |
| 4                                                                 | 强度                                                   | 卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受 1000N 静载荷，大便盘应能承受 500N 压力，小便壶提手应能承受 100N 拉力，不允许产生永久性变形。 |          |    |      |    |     | 符合     | 合格               |
| 5                                                                 | 防漏性能                                                 | 大便盘、小便壶应有良好的防漏性能，不允许有漏水现象。                                                  |          |    |      |    |     |        | /                |
| 6                                                                 | 颜色迁移                                                 | 塑料件应无颜色迁移现象。                                                                |          |    |      |    |     | 符合     | 合格               |
| 检验结论                                                              | 经检验，各项技术指标均达到 Q/DF6-2023《卫生用具》企业标准规定的要求。产品检验合格，准予出厂。 |                                                                             |          |    |      |    |     |        |                  |

