

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20231108

| 产品名称 | 手动轮椅车 | 生产批号 | 23-8-14B | 数量 | 200 台 | 抽样 | 32台 | 产品技术要求 | 粤械注准 20172190498 | |
|---|----------|---|-----------|----|-------|----|-----|--------|------------------|------|
| 型号 | FS863L | 功能代号 | ABJPF3-46 | 检验 | 曾桂娟 | 审批 | 张义珠 | 日期 | 2023 年 11 月 08 日 | |
| 抽样标准: 抽样检验规定 合格质量水平 AQL: 4.0 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | | | | | | | 检验结果 | 单项结论 |
| 1 | 外观结构要求 | 1)轮椅的外表面应平整光滑, 不允许有锋棱、毛刺、尖角等缺陷, 各管孔端部均应加有封头。 2)轮椅的焊缝应均匀, 不得有气孔、裂纹、漏焊、烧穿等缺陷。 3)零、部件的装配应准确、可靠, 不允许错装、漏装, 紧固件的装配应牢固, 不得有松动现象。 4)各转动部位应转动均匀、灵活、间隙适当, 不得有卡滞或松弛现象。 5)各可调部位应留有适当的调整余地。可装拆部位应易于拆装。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 2 | 尺寸 | 1)轮椅的基本尺寸应符合技术要求的规定, 极限偏差应不大于±5cm。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 3 | 折叠性能 | 1)折式轮椅折合和展开应灵活, 不得有过松或过紧现象。展开后两大轮应相互平行, 并与地面垂直, 不得有明显歪斜现象。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 4 | 平稳性 | 1)轮椅四轮最低点应在同一平面上, 允许有一轮悬起, 悬起高度应不大于5mm。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 5 | 座垫 背垫 | 1)座垫和背垫就有足够的强度, 并富于弹性, 当轮椅展开后, 座垫应成水平状态或后倾0°~8°, 不得有前倾现象。 2)座垫应能承受180kg静载荷, 历时10min, 座垫不允许破损, 扶手架距离偏移量应不大于20mm, 座垫挠曲度不大于100mm, 除去负载后, 扶手架永久变形量应不大于3mm。 3)背垫应能承受90kg的静负荷, 历时10min, 背垫挠曲度应不大于100mm。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 6 | 车架 | 1)折式轮椅在外加294N的水平拉力时, 两侧车架相对偏移量应不大于50mm, 除去外力后, 永久变形量应不大于10mm。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 7 | 后轮 前轮 | 1)后轮、前轮转动应灵活, 不得有杂声和卡滞现象。后轮轮圈的径向和端面圆跳动量不大于4mm, 手轮的径向圆跳动量不大于10mm, 端面圆跳动量不大于5mm。 2)将30kg静载荷垂直加于前轮上, 历时3min, 轮胎与轮毂配合应牢固, 无变形。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 8 | 脚踏板 | 1)脚踏板应是防滑的粗糙面, 脚踏板放下后应成水平状态或上翘0°~5°, 不应有下垂现象。脚踏板翻起应灵活, 翻起后不得自行落下。 2)脚踏板锁紧应牢固可靠, 单只脚踏板承受20kg负载后不得有下滑现象。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 9 | 起动力 | 1)轮椅在承受额定载重量时的起动力应不大于25N。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 10 | 制动性能 | 1)轮椅应有稳定可靠的制动或锁止装置, 制动后两大轮不得转动。 | | | | | | | 符合 | 合格 |
| 检验结论 | | 经检验各项技术指标均达到粤械注准 20172190498《手动轮椅车》标准中规定要求, 产品检验合格。 | | | | | | | | |

