

# 产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20210621

|                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                              |          |    |       |    |      |        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|----|------|--------|------------------|
| 产品名称                                                                                                                             | 医用拐     | 生产批号                                                                                                                                         | 21-6-39G | 数量 | 300 支 | 抽样 | 50 支 | 产品技术要求 | 粤禅械备 20170120 号  |
| 型号规格                                                                                                                             | FS9113L | 功能代号                                                                                                                                         | /        | 检验 | 曾桂娟   | 审批 | 张义珠  | 日期     | 2021 年 06 月 21 日 |
| 抽样标准: 抽样检验规定      合格质量水平 AQL: 4.0 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽 |         |                                                                                                                                              |          |    |       |    |      |        |                  |
| 序号                                                                                                                               | 项目名称    | 技 术 要 求                                                                                                                                      |          |    |       |    |      | 检验结果   | 单项结论             |
| 1                                                                                                                                | 外观要求    | 1) 手杖所有部件应无毛刺、锐边和损坏衣服或引起用户不适的突起物。<br>2) 手杖正常作用时, 其材料应不使衣物、皮肤和地面着色。<br>3) 产品的表面不应有明显的划伤、腐蚀、烧穿、裂痕等缺陷。<br>4) 塑料件外表面应平整、色泽均匀、无飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。 |          |    |       |    |      | 符合要求   | 合格               |
| 2                                                                                                                                | 手柄支脚    | 1) 手柄套宽度 $\geq 25\text{mm}$ , 手柄套宽度 $\leq 50\text{mm}$ 。<br>2) 手柄套应可更换或易于清洁。<br>3) 支脚垫底部直径应 $\geq 35\text{mm}$ 。                             |          |    |       |    |      | 符合要求   | 合格               |
| 3                                                                                                                                | 尺寸      | 1) 产品的调节高度应符合技术要求的规定, 极限偏差应不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。                                                                                            |          |    |       |    |      | 符合要求   | 合格               |
| 4                                                                                                                                | 调节装置    | 1) 高度调节的装置, 在使用中不应产生松动。<br>2) 高度调节的装置最大伸长量按生产厂家规定应标识清楚。<br>3) 调节部件应伸缩自如。<br>4) 当高度调至最低时, 手杖底座中心的垂直空间高度应不小于 $120\text{mm}$ 。                  |          |    |       |    |      | 符合要求   | 合格               |
| 5                                                                                                                                | 稳定性     | 1) 向内稳定性试验时, 其倾翻角度应不小于 $2^\circ$                                                                                                             |          |    |       |    |      | /      | /                |
|                                                                                                                                  |         | 2) 向外稳定性试验时, 三脚手杖倾翻角度应不小于 $5^\circ$ ; 四脚或多脚手杖倾翻角度应不小于 $7.5^\circ$                                                                            |          |    |       |    |      |        |                  |
|                                                                                                                                  |         | 3) 带座手杖着地应平稳、不允许有摇摆现象。                                                                                                                       |          |    |       |    |      | /      | /                |
| 6                                                                                                                                | 强度      | 1) 分离试验后上下应不分离。<br>2) 静载试验后产品任何部位无产生裂纹、断裂或永久性变形。                                                                                             |          |    |       |    |      | 符合要求   | 合格               |
| 检验结论                                                                                                                             |         | 经检验各项技术指标均达到粤禅械备 2                                                                                                                           |          |    |       |    |      |        |                  |