

# 产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20250319

|                                                                                                                                  |            |                                                                   |    |       |        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|
| 产品名称                                                                                                                             | 医用拐        | 生产批号                                                              | 数量 | 260 支 | 产品技术要求 | 粤禅械备 20170120 号  |
| 型号规格                                                                                                                             | FS9207LW-2 | 25-3-201                                                          | 抽样 | 32 支  | 日期     | 2025 年 03 月 19 日 |
| 抽样标准: 抽样检验规定      合格质量水平 AQL: 4.0 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽 |            |                                                                   |    |       |        |                  |
| 序号                                                                                                                               | 项目名称       | 技 术 要 求                                                           |    |       | 检验结果   | 单项结论             |
| 1                                                                                                                                | 外观要求       | 1) 医用拐所有部件应无毛刺、锐边和损坏衣服或引起用户不适的突起物。                                |    |       | 符合要求   | 合格               |
|                                                                                                                                  |            | 2) 正常作用时, 其材料应不使衣物、皮肤和地面着色。                                       |    |       | 符合要求   |                  |
|                                                                                                                                  |            | 3) 医用拐的表面不应有明显的划伤、腐蚀、烧穿、裂痕等缺陷。                                    |    |       | 符合要求   |                  |
|                                                                                                                                  |            | 4) 塑料件外表面应平整、色泽均匀、无飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。                             |    |       | 符合要求   |                  |
| 2                                                                                                                                | 手柄支脚       | 1) 手柄套宽度 $\geq 25\text{mm}$ , 手柄套宽度 $\leq 50\text{mm}$ 。          |    |       | 35mm   | 合格               |
|                                                                                                                                  |            | 2) 手柄套应可更换或易于清洁。                                                  |    |       | 符合要求   |                  |
|                                                                                                                                  |            | 3) 支脚垫底部直径应 $\geq 35\text{mm}$ 。                                  |    |       | 35mm   |                  |
| 121                                                                                                                              | 尺寸         | 1) 医用拐的调节高度应符合技术要求的规定, 极限偏差应不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。                |    |       | 符合要求   | 合格               |
| 4                                                                                                                                | 调节装置       | 1) 高度调节的装置, 在使用中不应产生松动。                                           |    |       | 符合要求   | 合格               |
|                                                                                                                                  |            | 2) 高度调节的装置最大伸长量按生产厂家规定应标识清楚。                                      |    |       | 符合要求   |                  |
|                                                                                                                                  |            | 3) 调节部件应伸缩自如。                                                     |    |       | 符合要求   |                  |
|                                                                                                                                  |            | 4) 当高度调至最低时, 手杖底座中心的垂直空间高度应不小于 $120\text{mm}$ 。                   |    |       | 125mm  |                  |
| 5                                                                                                                                | 稳定性        | 1) 向内稳定性试验时, 其倾翻角度应不小于 $2^\circ$                                  |    |       | /      | /                |
|                                                                                                                                  |            | 2) 向外稳定性试验时, 三脚手杖倾翻角度应不小于 $5^\circ$ ; 四脚或多脚手杖倾翻角度应不小于 $7.5^\circ$ |    |       | /      |                  |
|                                                                                                                                  |            | 3) 带座手杖着地应平稳、不允许有摇摆现象。                                            |    |       | /      |                  |
| 6                                                                                                                                | 强度         | 1) 分离试验后上下应不分离。                                                   |    |       | 符合要求   | 合格               |
|                                                                                                                                  |            | 2) 静载试验后产品任何部位无产生裂纹、断裂或永久性变形。                                     |    |       | 符合要求   |                  |
| 检验结论                                                                                                                             |            | 经检验, 该产品各项技术指标均符合《医用拐》产品技术要求, 产品检验合格。                             |    |       |        |                  |
|                                                                                                                                  |            | 记录: 张敏丹      检验: 曾桂娟      复核: 张义珠                                 |    |       |        |                  |