产品出厂检验报告

佛 山 市 东 方 医 疗 设 备 厂 有 限 公 司　　NO：20211217

产品名称	医用拐	生产批号	21-10-202E	数量	2000 支	抽样	125 支	产品技术要求	粤禅械备 20170120 号
型号规格	**FS 924**	功能代号	/	检验	曾桃送	审批	张义珠	日期	2021 年 12 月 17 日

抽样标准：抽样检验规定　　合格质量水平 AQL：4.0　　☑ 正常　☐ 加严　☐ 放宽

序号	项目名称	技　术　要　求	检验结果	单项结论
1	外观要求	1) 手杖所有部件应无毛刺、锐边和损坏衣服或引起用户不适的突起物。 2) 手杖正常作用时，其材料应不使衣物、皮肤和地面着色。 3) 产品的表面不应有明显的划伤、腐蚀、烧穿、裂痕等缺陷。 4) 塑料件外表面应平整、色泽均匀、元飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。	符合要求	合格
2	手柄支脚	1）手柄套宽度≥25mm，手柄套宽度≤50 mm。手柄套应可更换或易于清洁。 2）支脚垫底部直径应≥35mm。	符合要求	合格
3	尺寸	产品的调节高度应符技术要求的规定，极限偏差应不大于±5mm。	符合要求	合格
4	调节装置	1）高度调节的装置，在使用中不应产生松动。 2）高度调节的装置最大伸长量按生产厂家规定应标识清楚。 3）调节部件应伸缩自如。 4）当高度调至最低时，手杖底座中心的垂直空间高度应不小于 120mm。	符合要求	合格
5	稳定性能	1）向内稳定性试验时，其倾翻角度应不小于 2°	3°	合格
		2）向外稳定性试验时，三脚手杖倾翻角度应不小于 5°；四脚或多脚手杖倾翻角度应不小于 7.5°	8°	合格
		3）带座手杖着地应平稳、不允许有摇摆现象。	符合要求	合格
6	强度	1) 分离试验后上下应不分离 2) 静载试验后产品任何部位无产生裂纹、断裂或永久性变形。	符合要求	合格
检验结论		经检验各项技术指标均达到粤禅械备 20170120 号《医用拐》标准中规定的要求，产品检验合格。		