

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备有限公司

NO: 20240812

产品名称	医用拐	生产批号	数量	1430 支	产品技术要求	粤禅械备 20170065 号	
型号规格	FS925L(L)	24-7-201	抽样	125 支	日期	2024 年 08 月 12 日	
抽样标准: 抽样检验规定	合格质量水平 AQL: 4.0	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 加严	<input type="checkbox"/> 放宽			
序号	项目名称	技术要求				检验结果	单项结论
1	外观结构要求	1) 可触及的表面不应有毛刺、尖角、锐边和可能对使用者造成伤害或损坏衣服的缺陷。				符合要求	合格
		2) 镀(涂)层表面应色泽均匀、光滑平整, 不应有露底、起泡、脱落、开裂、流挂、起皱和明显的擦伤、碰伤等缺陷。				符合要求	
		3) 铝制品的氧化膜不应有明显的划伤、烧痕、腐蚀、斑迹和挂具痕迹等缺陷。				符合要求	
		4) 塑料件表面应平整、色泽均匀, 无飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。				符合要求	
		5) 木料不应有腐蚀、虫蚀、木节疤、劈裂、纹理凹陷等缺陷。				符合要求	
2	装配调节	1) 医用拐各零部件应装配齐全、对位准确、牢固可靠, 在正常使用中不应产生异响。				符合要求	合格
		2) 用手调节的装置应方便调节, 正常使用时固定可靠。高度调节弹簧销应双侧安装, 弹出高度应大于 3mm				2mm	
3	支撑托和手柄	1) 支撑托、手柄套应有弹性、不吸水、不掉色、无毒、易于清洁并有良好的防滑性能。				符合要求	合格
		2) 手柄、手柄套应采用防转动结构设计, 使用中不应产生转动和相对滑动。				符合要求	
4	支脚	1) 支脚材料应耐磨和软硬适度, 支脚底部采用凹槽或凸起设计并能防滑, 且不应产生吸合现象。				符合要求	合格
		2) 支脚底部直径应 ≥ 35mm。				35mm	
		3) 支脚与医用拐腿(伸缩杆)应紧密配合, 且在支脚与医用拐腿之间应安装垫片, 支脚应可换。				符合要求	
		4) 支脚底部(除凹槽或凸起)的厚度应大于 10mm。				符合要求	
		5) 医用拐腿(伸缩杆)插入支脚孔的深度应大于支脚高度的 1/2。				符合要求	
5	尺寸	1) 医用拐的结构尺寸、参数应符技术要求的规定, 极限偏差应不大于 ±5mm。				符合要求	合格
6	强度	1) 静载强度试验后, 医用拐任何部件不得产生裂纹、断裂或永久变形。				符合要求	合格
		2) 弯曲强度试验, 医用拐中间位置的偏移量不得超过 40mm。				40mm	
		3) 冲击强度试验后, 任何部件不得产生裂纹、断裂或永久变形。				符合要求	
检验结论		经检验, 该产品各项技术指标均符合《医用拐》产品技术要求, 产品检验合格。					
		记录: 张敏丹	检验: 曾桂娟		复核: 张义珠		