

产品出厂检验报告

佛 山 市 东 方 医 疗 设 备 厂 有 限 公 司

NO: 20250901

产品名称		医用拐	生产批号	数量	100 支	产品技术要求	粤禅械备 20170119 号	
型号规格		FS937L	25-5-201	抽样	20 支	日期	2025 年 09 月 01 日	
抽样标准：抽样检验规定		合格质量水平 AQL：4.0		☒ 正常 ☐ 加严 ☐ 放宽				
序号	项目名称	技 术 要 求				检验结果	单项结论	
1	外观要求	1) 医用拐各处应无尖锋、锐边和突起，及可能造成损坏衣服或使用者感觉不适的缺陷。				符合要求	合格	
		2) 使用过程中，医用拐应不产生异响。正常使用中，材料应不变色。				符合要求		
		3) 医用拐的表面不应有明显的划伤、腐蚀、烧穿、裂痕等缺陷。				符合要求		
		4) 塑料件外表面应平整、色泽均匀、无飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。				符合要求		
2	支撑托	1) 支撑托应固定可靠。				符合要求	合格	
		2) 支撑托的设计，应使前臂甚至穿着衣物时也能较容易地进出。支撑托前面应为开式结构，开口处增加 75mm 后，其永久变形不应大于 5mm。				4mm		
		3) 支撑托内表面应近似平行支撑托支撑线，若是铰接式支撑托，更应注意其平行性。				符合要求		
		4) 支撑托贴着前臂的内部深度应大于内部宽度的一半。				符合要求		
		5) 与前臂接触的支撑托高度应不小于 40mm。				40mm		
3	手柄支脚	1) 手柄可以调节的，但使用中应安全地固定。				符合要求	合格	
		2) 手柄应采用防滑的材料和形状，以避免使用时从手中滑落。				符合要求		
		3) 手柄应易清洁、不吸水和不含有毒成分。				符合要求		
		4) 支脚垫的底部直径应不小于 35mm。				40mm		
4	装配调节	1) 高度调节的装置，在使用中不应产生松动。				符合要求	合格	
		2) 每一个许可伸长的高度调节，应标识清楚。				符合要求		
		3) 应能不使用工具进行调节高度。				符合要求		
5	尺寸	1) 医用拐的尺寸应符合技术要求的规定，极限偏差应不大于±5mm。				符合要求	合格	
6	稳定性	1) 支撑角 α，15° ≤ α ≤ 30°。按 3.3 条做向内稳定性试验时，其倾翻角度 ≥ 2°				/	/	
		2) 手柄夹角 β，应是：100° ≤ β ≤ 108°，手柄夹角与支撑角之差应是：β - α ≤ 90°				/		
7	强度	1) 分离试验后，医用拐杖上部和下部应不分离。				符合要求	合格	
		2) 静载试验后医用拐任何部位无产生裂纹、断裂或永久性变形。				符合要求		
		3) 试验后，应无任何导致影响医用拐或其调节装置使用的永久变形。				符合要求		
检验结论		经检验，该产品各项技术指标均符合《医用拐》产品技术要求，产品检验合格。 记录：张敏丹						