

产品出厂检测报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20230320

产品名称	脚踏运动器	生产批号	23-3-13A	数量	100台	抽样	20个	产品技术要求	GB17498-1998
型号规格	FS9601	功能代号	/	检验		审批	张义珠	日期	2023年03月20日
抽样标准: 抽样检验规定 合格质量水平 AQL: 4.0 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽									
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论	
1	外观要求	外表面应平整光滑, 不允许有裂纹、疤痕、锋棱、毛刺、尖角等缺陷。					符合要求	合格	
2	尺寸	产品基本尺寸应符合技术要求规定					符合要求	合格	
3	性能	脚踏器转动灵活, 调节器调整后不返松					符合要求	合格	
4	材料	胶脚底面防滑, 可变换角度。坚固耐用, 能起支撑防滑作用不退色、无毒、符合环保要求。					符合要求	合格	
检验结论	经检验各项技术指标均达到 GB17498-1998《健身器材的安全、通用要求》标准中规定的要求, 产品检验合格。								