

# 产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: ZJ20210823

产品名称	助行器	生产批号	21-8-201D	数量	3000 张	抽样	125 张	产品技术要求	粤禅械备 20170064 号
型号规格	FS913L	功能代号	/	检验	曾桃送	审批	张义珠	日期	2021 年 08 月 23 日
抽样标准: 抽样检验规定      合格质量水平 AQL: 4.0 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽									
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论	
1	外观结构要求	1) 助行架所有部件应无毛刺、锐边和损坏衣服或引起用户不适的突起物 2) 助行架正常使用时, 其材料应不掉色。应不使皮肤、衣服着色。 3) 外表面应平整光滑, 不允许有裂纹、疤痕等缺陷。 4) 各零部件装配应齐全、准确、可靠。活动部位应顺畅, 不允许有卡滞现象。					符合要求	合格	
2	尺寸	1) 助行器具的结构、外形尺寸应符合技术要求的规定, 极限偏差应不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。					符合要求	合格	
		2) 轮子	前轮直径不小于 75mm、宽度不小于 22mm				/	/	
			前轮(室外型)直径不小于 180mm				/	/	
3	稳定性	1) 前倾稳定性试验时, 助行架前倾翻角度 $\geq 10^\circ$ 。 2) 后倾稳定性试验时, 助行架后倾翻角度 $\geq 7^\circ$ 。 3) 侧倾稳定性试验时(左右两侧), 助行架侧倾翻角度 $\geq 3.5^\circ$ 。					符合要求	合格	
4	强度	1) 静载试验后, 助行架应不产生裂纹和断裂。 2) 腿静载试验后, 助行架所有腿部件应不产生裂纹、断裂或大于 15mm 的永久变形。					符合要求	合格	
5	腿部支脚	1) 手柄套宽度 $\geq 20\text{mm}$ , 手柄套宽度 $\leq 50\text{mm}$ 。手柄套应可更换或易于清洁 2) 支脚垫末端设计考虑, 防止使用助行架时腿部件穿透支脚垫。 3) 支脚垫应可更换。支脚垫底部直径应 $\geq 35\text{mm}$ 。					符合要求	合格	
6	调节装置	1) 高度调节的每一个位置应清楚标注其最大调节高度。 2) 折叠式助行架打开时, 锁紧装置应牢固可靠。						/	
检验结论		经检验各项技术指标均达到粤禅械备 20170064 号《助行器具》标准中规定的要求, 产品检验合格。							

