

产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20220713

产品名称	一次性使用采样器	生产批号	22-1-101G	数量	1000个	抽样	80个	产品技术要求	粤禅械备 20200277号
型号	FS664B (自理式尿壶)	功能代号	-----	检验	梁其全	审批	张义珠	日期	2022-07-13
抽样标准: 抽样检验规定 合格质量水平 (AQL: 4.0) <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽									
序号	项目名称	技术要求					检验结果	单项结论	
1	外观结构要求	卫生用具的外形应端正, 表面光滑, 不得有锋棱毛刺, 擦伤, 扭曲和歪斜等缺陷。					符合要求	合格	
2	尺寸	卫生用具的基本尺寸应符合表 1 的规定, 极限偏差应不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。					符合要求	合格	
		长(H)	225mm	宽(W)	102mm	高(H)			85mm
3	平稳性	卫生用具着地应平稳, 不得有摇摆现象。					符合要求	合格	
4	强度	卫生用具应具有足够的强度。椅面应能承受 1000N 静载荷, 大便盘应能承受 500N 压力, 小便壶提手应能承受 100N 拉力, 不允许产生永久性变形。					符合要求	合格	
5	防漏性能	小便壶应有良好的防漏性能, 不允许有漏水现象。					符合要求	符合	
6	颜色迁移	塑料件应无颜色迁移现象。					符合要求	合格	
检验结论		经检验各项技术指标均达到粤禅械备 20200277号《一次性使用采样器》标准中规定要求, 产品检验合格。							

